分析検査報告書

依頼者　：桜井食品株式会社　様

報告日　：2016年6月7日

報告書No：J160606fE501

ビューローベリタスジャパン株式会社
横浜分析センター
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-5-17
TEL: 045-949-4664
FAX: 045-949-4621

検体明細

検体名　：2015年産　エルボ・ツイスト　パスタ

検体記号：北海道産小麦　賞味期限　18.06.02（6F03）

検査内容

分析検査種類：放射能濃度測定

ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリーによる核種分析法（精密測定）
測定方法：厚生労働省「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」、及び文部科学省「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」に基づく
測定機器：SEIKO EG&G/ORTEC社製　食品・環境放射能測定装置 SEG-EMS

分析結果

検査項目	検査結果	単位
放射性ヨウ素I-131	検出せず	
放射性セシウムCs-134	検出せず	
放射性セシウムCs-137	検出せず	

検査所見

検出限界：1.0Bq/kg
※「検出せず」とは、検査結果がご指定いただいた検出限界値未満であることを示します。

測定容器：2Lマリネリ
測定試料量：2.0kg
測定時間：　5,000秒

注）本検査結果は、依頼者より提出された検体についての分析結果であり、弊社は当該検体の分析結果についてのみ、その結果を証明します。弊社は検体の収去に一切関与しておらず、当該検体の母集団を証明もしくは保証するものではありません。
本検査報告書を弊社の許可なく無断で転載し、全部又は一部を複製し、使用する事を禁止します。